orochemie

ДЕЗИНФЕКЦИЯ АСПИРАЦИОННЫХ СИСТЕМ

1  Соблюдать инстркуцию производителя. Во время работы носить пригодные перчатки и очки.	**2**  Перед использованием залить в емкость аспирацион-ного аппарата от 10 до макс. 20 мл концентрата (по желанию).
3  Дополнительно подготовить в отдельной емкости 2 %-ый готовый препарат D 10. 20 мл концентрата из флакона-дозатора на 1 литр воды.	**4**  После каждого применения аппарата утилизировать аспирационная канюля; сосать через шланг 200 мл готового препарата D 10.
5  Отключить от сети аспирационный аппарат. Наружные поверхности аппарата обработать готовым препаратом D 10. Дать воздействовать. Альтернативно могут быть использованы дезинфициру-ющие салфетки B 15.	**6**  1 x ежедневно полностью погружать контаминированные части (емкость, шланги и.т.д.) в готовый препарат D 10. (Внимание: не погружать фильтры) Соблюдать время экспозиции.
7  После окончания времени экспозиции погруженные, продезинфицированные части промыть водой. Сборка произ-водится после полного ысы-хания частей, хранить в хоро-шо проветриваемом месте.	 Дезинфицирующие салфетки B 45 для дезинфекции устройства протиркой. Видео по применению: дезинфекция аспирационного аппарата

www.hygienesystem.de.

Datum: 08.08.2023			