


	Fehler 1 Spenderboxen werden nicht vor Wiederbefüllung hygienisch aufbereitet.		Fehler 2 Hände werden nicht vorab desinfiziert. Es werden keine Handschuhe getragen.
	Fehler 3 Frei heraushängende Tücher. Sie können kontaminiert sein.		Fehler 4 Entnommene Tücher werden in die Spenderbox zurückgeschoben. Sie können kontaminiert sein.
	Fehler 5 Deckel wird nicht dicht verschlossen. Die Tücher trocknen aus.		Fehler 6 Ausgetrocknete Tücher werden noch verwendet.
	Fehler 7 Die Spenderbox ist defekt.		Fehler 8 Das Etikett auf dem Deckel ist nicht korrekt und vollständig beschriftet.
	Fehler 9 Fehler bei der Dosierung der Gebrauchslösung zum Tränken der Tuchrolle.		Fehler 10 Abgewartete Zeit bis zur ersten Entnahme ist zu kurz.

Erstellt in www.hygienesystem.de.

Einrichtung:	Die häufigsten Fehlerquellen	bei der Nutzung von Tuchspendersystemen	
Ersteller:	Prüfung:	Freigabe:	Evaluation am:
Datum: 10.01.2024	Datum:	Datum:	Datum: