orochemie

Die 10 häufigsten Fehler bei der Flächen-, Geräte- und Instrumentendesinfektion

	**Fehler 1** Es werden bei Desinfektionsmaßnahmen keine Schutzhandschuhe getragen.		**Fehler 2** Die Dosierung der Konzentrate ist ungenau.
	**Fehler 3** Es wird heißes Wasser zur Herstellung der Desinfektionslösung verwendet.		**Fehler 4** Grobe Verschmutzungen werden vorab nicht entfernt.
	**Fehler 5** Die vorgegebene Einwirkzeit des verwendeten Desinfektionsmittels wird nicht eingehalten.		**Fehler 6** Die Standzeit von Desinfektionslösungen wird überschritten.
	**Fehler 7** Es wird nach Ablauf der Einwirkzeit nicht mit Trinkwasser nachgespült (Instrumentendesinfektion, Flächendesinfektion im Lebensmittelbereich etc.).		**Fehler 8** Die zu desinfizierende Fläche wird nicht vollständig benetzt.
	**Fehler 9** Desinfektionsmittel werden mit Reinigern gemischt.		**Fehler 10** Reinigungsutensilien werden nicht nach jedem Gebrauch hygienisch aufbereitet.
	**orochemie-Anwendungsvideos** Videos auch unter: www.orochemie.de		**orochemie-Produkte** zur Flächen-, Geräte- und Instrumentendesinfektion

Erstellt in www.hygienesystem.de.

Einrichtung:	*Die 10 häufigsten Fehler bei der Flächen-,*	*Geräte- und Instrumentendesinfektion*	
Ersteller:	*Prüfung:*	*Freigabe:*	*Evaluation am:*
Datum: 23.11.2022	*Datum:*	*Datum:*	*Datum:*